

2017年10月吉日

お客様各位

製造販売元：株式会社カネカ  
販売元：株式会社カネカメディックス

**『PAD3000』（皮膚灌流圧測定装置）保守部品供給終了のご案内**

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

首題の件、貴院にてご使用頂いております『PAD3000』につきまして、製造元の米国 Vasamed 社が製造を終了後4年が経過し、故障時に必要な保守部品の供給が難しい状況となりました。今後の故障時に際しましては、大変恐縮ですが、後継機種『PAD4000』への切り替えをご検討賜りたくお願い申し上げます。

貴院におかれましては、これまでに『PAD3000』をご愛顧賜りましたこと、あらためて御礼申し上げます。この度の保守部品供給終了につきましては、大変ご迷惑をお掛けすることになり、深くお詫び申し上げます。

今後ともご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具