

2020年9月吉日

お客様各位

販売元：株式会社カネカメディックス

シラスコン® 脳室ドレナージ回路 三方活栓セット化のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、シラスコン® 脳室ドレナージ回路につきまして、下記のとおり三方活栓をセット化致します。

何卒、ご了承賜り、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。


敬具

記

【対象製品】

| カタログ番号 | 品名 |
|----------|---------------------------------------|
| 775N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 |
| 775-120N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (120cm) |
| 776N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプなし) |
| 776-120N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (ワンタッチ式クランプなし 120cm) |
| 779N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 (定量計付) |

【製品写真】



※患者側チューブのコネクターに、三方活栓を接続して包装しております。

【セット化の理由】

製品分野間の誤接続を防止する目的として、コネクターの国際規格（ISO80369）が制定されたことにより、お客様所有の三方活栓が接続困難となることを回避するため、予め三方活栓を組込むことと致しました。

尚、三方活栓をご使用にならない場合は、取り外して頂くことで従来通りにご使用頂けます。

【セット化の時期】

| カタログ 番号 | 品名 | 時期 |
|------------|--|-------------------------------------|
| 775N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 | 2020年10月頃の出荷分から 順次（ロット番号：200701） |
| 775-120N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （120cm） | 2020年10月頃の出荷分から 順次（ロット番号：200701） |
| 776N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （ワンタッチ式クランプなし） | 未定のため、確定次第、ご連絡いたします。 |
| 776-120N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （ワンタッチ式クランプなし 120cm） | 未定のため、確定次第、ご連絡いたします。 |
| 779N | シラスコン® 脳室ドレナージ回路 （定量計付） | 2020年10月頃の出荷分から 順次（ロット番号：200701） |

※ 希望小売価格の変更はございません。

以上