

2021年2月吉日

お客様各位

販売元:株式会社カネカメディックス

## 皮膚灌流圧測定装置『PAD4000』圧力カフの仕様変更のご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜りまして、厚く御礼申し上げます。

この度、米国の製造元の事情により、従来の圧力カフが購入困難となり、圧力カフの印字・表記および製品ラベルが変更されることとなりましたので、ご案内申し上げます。詳細につきましては、別紙をご参照ください。なお、当該製品の性能および使用方法に変更はございません。

変更の時期は、2021年2月より順次予定しております。なお、各サイズの在庫の状況によりその時期は異なりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後とも、弊社製品に、より一層のご愛顧賜りますよう、何卒よろしくようお願い申し上げます。

敬具

## 圧力カフ

<変更前>	<変更後>
品番: SPP-C1 製品名: 圧力カフ(微小) JANコード: 4993478020075 	品番: SPP-C1-H 製品名: 圧力カフ(微小)H JANコード: 4993478020426 
品番: SPP-C2 製品名: 圧力カフ(小型) JANコード: 4993478020082 	品番: SPP-C2-H 製品名: 圧力カフ(小型)H JANコード: 4993478020433 
品番: SPP-C3 製品名: 圧力カフ(中型) JANコード: 4993478020099 	品番: SPP-C3-H 製品名: 圧力カフ(中型)H JANコード: 4993478020440 

※価格に変更はございません。

なお、変更後の製品ラベルにおいて、従来の製品名に「H」が追加された品名が、従来のカタログ番号に「-H」が追加された番号が表示されます。

(例) 変更前: 圧力カフ(微小) → 変更後: 圧力カフ(微小) **H**  
 変更前: SPP-C1 → 変更後: SPP-C1-**H**

製品名: 圧力カフ(微小)**H**

カタログ番号: SPP-C1-**H**

LOT: 999999

数量: 1 個

販売元: 株式会社カネカメディックス