

インフレーションデバイス

α -TB-Vask

- 手のひらにジャストフィット
- 発光表示の圧力計装着
- 三方活栓一体型



カタログNo.	容量	最大許容圧	チューブ長	JANコード
IDTS-V	22ml	30ATM	25cm	4571104098423

一般的名称: 血管形成バルーン用加圧器
医療機器分類: 一般医療機器
製造販売届出番号: 27B1X00012000034

製造販売元
大正医科器械株式会社
TAISHO BIOMED INSTRUMENTS CO., LTD.

事業本部 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 1-11-19
大阪福島セントラルビル
TEL 06-6451-7177 (代)
FAX 06-6451-7178
東京事務所 〒144-0052 東京都大田区蒲田 1-14-21 2F
TEL 03-6715-8864
FAX 03-6715-8867

販売業者

株式会社カネカメディックス

<https://www.kaneka-med.jp/>

東京事業所 〒107-6028 東京都港区赤坂1-12-32(アーク森ビル)
大阪事業所 〒530-8288 大阪市北区中之島2-3-18(中之島フェスティバルタワー)

TEL.050-3181-4100
TEL.050-3181-4060

